

Oświęcim, 3.02.2021

Odpowiedzi na zapytania dotyczące parametrów tomografu komputerowego:

- 1) Stan licznika lampy: 1 612 760 skanosekund
- 2) Oprogramowanie: Somaris/5 Software: syngo CT 2013A, Syngo: VY21A SL08P15

Sprzedający ogłasza wizję lokalną dla wszystkich zainteresowanych uczestników rokowań. Zainteresowani proszeni są o stawienie się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, przed budynkiem Rezonansu Magnetycznego w dniu **8.02.2021r.** o godzinie **10.00**. Czas wizji lokalnej będzie ograniczony z uwagi na prowadzenie badań z użyciem tomografu.

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk